



### Keimuntersuchungen an Oberflächen

Ausführende Firma	PSV Montageservice	Ort:	71334 Hegnach
Probenahme am:	16.02.2010	Probennehmer:	G. Reinhold
Anlage:	Postversicherung Raum 405	Nummer:	2
Betreiber:	UKPT Tübingen	Ort:	Tübingen

Probeneingang Labor:	17.02.2010	Uhr 14,00	Probeneingangstemperatur:	8	°C
Probenansatz:	17.02.2010	Uhr 17,00	Lagerung bis zum Ansatz:	Raumtemperatur	°C

<b>Probendaten</b>					
Proben-Nr.	1	2			
Probenart	Abklatschprobe	Abklatschprobe	Abklatschprobe	Abklatsch	Tupfer
Entnahmeort	Fensterbank	Schreibtisch			
Oberfl.-Material an der Entnahmestelle	Marmor	Beschichtete Holzplatte			
Aussehen / Zustand					

<b>Laboregebnisse</b>					
Summe Bakterien	0	0			
Summe Pilze	0	0			
KBE auf dem Medium	0	0			
Ø KBE auf 1 cm <sup>2</sup>	0	0			
Keime Organismen Kommentar	Keimfrei	Keimfrei			
Bewertung lt. Beschreibung					

Prüfendes Labor: Dr. Mitsching, Labor für Microbiologie NL Marbach, Max-Eyth-Str. 8	Prüf- Nr.: KFSW2010/237	Datum 22.02.2010
---	----------------------------	---------------------

Abklatschproben (Contact Slide PEN, Fa. BIOTEST + Tupfer mit Transportmedium Kultivierung: 30°C, 72 h Alle Ergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben.	Unterschrift Laborleiter Winkler
--	-------------------------------------